

## CAM-ICU: Scheda di lavoro

Punto 1: Alterazione Acuta o Fluttuazione dello Stato Mentale	Punteggio	Segna se presente
Il paziente si presenta in modo diverso dal suo stato mentale di base? <b>OPPURE</b> Il paziente ha presentato fluttuazioni dello stato mentale nelle ultime 24 ore come evidenziato da una variazione in una scala di sedazione (i.e., RASS), di stato di coscienza (GCS), o in un precedente assessment sul delirium?	Se almeno una risposta è SI  →	<input type="checkbox"/>
Punto 2: Disattenzione		
<b>Test 'Lettere'</b> (in alternativa consulta il manuale per il test 'Immagini')  <u>Indicazioni.</u> Dire al paziente: <i>"Sto per leggerle una serie di 10 lettere. Mi stringa la mano quando dico la lettera A"</i> . Leggere le lettere dalla seguente lista con un tono di voce normale e costante ad intervalli di 3 secondi.  <p style="text-align: center;"><b>S A V E A H A A R T</b></p> Viene contato un errore quando il paziente non stringe la mano sulla lettera "A", o quando la stringe in risposta alle altre lettere	Numero di errori > 2  →	<input type="checkbox"/>
Punto 3: Alterato Livello di Coscienza		
Il paziente è agitato, sedato o incosciente?	RASS ≠ 0 →	<input type="checkbox"/>
Punto 4: Pensiero Disorganizzato		
<b>Domande a cui si può rispondere solo Sì/No</b> , come ad esempio:  1. Un sasso galleggia nell'acqua? 2. Ci sono pesci nel mare? 3. Un chilo pesa più di due chili? 4. Si può usare il martello per piantare un chiodo?  <b>Errore: quando il paziente risponde in maniera scorretta alla domanda.</b>  <b>Ordine semplice</b> 5. Dire al paziente: <i>"Mi mostri queste dita"</i> (mostrare 2 dita); <i>"Ora faccia lo stesso con l'altra mano"</i> (senza mostrarle) se il paziente non riesce a muovere entrambe le braccia dire: <i>"Aggiunga un altro dito"</i>  <b>Errore: quando il paziente non è in grado di completare l'intero esercizio.</b>	Numero totale di errori > 1  →	<input type="checkbox"/>

Punto 1 	Almeno uno   fra punto 3 e 4	Soddisfazione dei criteri →	<input type="checkbox"/> CAM-ICU Positivo (presenza di Delirium)
Punto 2 		Criteri non soddisfatti →	<input type="checkbox"/> CAM-ICU Negativo (assenza di Delirium)